

校正用試料乳（体細胞用）の体細胞数

【2024年（令和6年）10月分】

2024年（令和6年）10月分 校正用試料乳(体細胞用) の体細胞数は下表のとおりです。
測定機器の校正および精度確認等にご使用下さい。
体細胞数は国内にあるマスターマシン4台による平均値です。

体細胞数 低	18万 /ml
体細胞数 高	51万 /ml

使用期限 12月15日

次回発送予定 12月13日

【お問い合わせ先】

公益財団法人 日本乳業技術協会
TEL 03-3264-1921
FAX 03-3264-1569
測定値に関するお問い合わせ：事業部 大嶋
配布に関するお問い合わせ：事業部 箸方