

校正用試料乳（体細胞用）の体細胞数

【2026年（令和8年）2月分】

2026年（令和8年）2月分 校正用試料乳（体細胞用）の体細胞数は下表のとおりです。
測定機器の校正および精度確認等にご使用下さい。
体細胞数は国内にあるマスターマシン4台による平均値です。

体細胞数 低	17万 /ml
体細胞数 高	47万 /ml

使用期限 4月12日

次回発送予定 4月10日

【お問い合わせ先】

公益財団法人 日本乳業技術協会
TEL 03-3264-1921

FAX 03-3264-1569

測定値に関するお問い合わせ：事業部 大嶋
配布に関するお問い合わせ：事業部 佐々木