

校正用試料乳（体細胞用）の体細胞数

【平成 30年 2月分】

平成29年12月分 校正用試料乳(体細胞用) の体細胞数は下表のとおりです。
測定機器の校正および精度確認等にご使用下さい。
体細胞数は体細胞数測定国際リングテストに参加し、良好との評価を受けた蛍光光学式体細胞数測定機4台による平均値です。

| | |
|--------|---------|
| 体細胞数 低 | 14万 /ml |
| 体細胞数 高 | 42万 /ml |

使用期限 4月15日

次回発送予定 4月13日

【お問い合わせ先】

公益財団法人 日本乳業技術協会
TEL 03-3264-1921
FAX 03-3264-1569
測定値に関するお問い合わせ：事業部 大嶋
配布に関するお問い合わせ：事業部 箆方